

Information zu einem Meldepflichtigen Ereignis

Abweichung an einem Personen-Endmonitor des Kontrollbereiches

In dem stillgelegten Kernkraftwerk Brunsbüttel wurde bei der Nachbewertung einer Instandsetzung eines der vier Endmonitore festgestellt, dass ein Parameterdatensatz zur Verarbeitung der Messwerte nicht korrekt eingestellt war. Inwiefern diese Abweichung durch den ursprünglichen technischen Fehler oder Probleme bei der Datenübertragung und Prüfung zurückzuführen ist, wird aktuell geklärt.

Eine Überprüfung der anderen drei Monitore auf korrekte Funktion war umgehend erfolgt. Der Monitor wird auf seine technische Funktion überprüft und der Parameterdatensatz neu eingestellt und abgenommen.

Der Vorgang wurde der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde am 09.09. 2025 als Meldepflichtiges Ereignis der Kategorie „N“ (Normalmeldung) angezeigt. Das Ereignis liegt unterhalb der sieben Stufen der internationalen Skala zur Bewertung von Vorkommnissen in Kraftwerken („INES 0“).

Aktuelle Informationen zum Stand der Rückbaumaßnahmen am stillgelegten Kernkraftwerk Brunsbüttel finden Sie unter <https://perspektive-brunsbuettel.de/>.

Ihr Ansprechpartner für weitere Informationen:

Lutz Wiese lutz.wiese@vattenfall.de

Vattenfall GmbH, Pressesprecher
Telefon +49 173 62 63 882

